

Atelier

Mise en pratique et critères de choix des dispositifs médicaux

Sélim OMRANI
Rémi FAURE
Novembre.2025



6^{es} journées

Programme Atelier

- Construire grille d'évaluation pour une POMPE
- Test 2 Pompes
 - A: Pompe élastomère
 - B: Diffuseur à Pression de CO₂
- Retours / Discussions

- Construire grille d'évaluation pour SPIKE
- Test 2 Spikes
- Retours / Discussions 10 min

Pompe élastomère / Diffuseur à pression



Notices, documentation technique
Fiche évaluation patient/infirmiers
Fiche évaluation vierge



Construire une Grille d'évaluation pour une pompe



TEST



Retours / Discussions



Spikes



Notices, documentation technique
Fiche évaluation patient/infirmiers
Fiche évaluation vierge





Construire une Grille d'évaluation pour une spike



TEST



Retours / Discussions











Grille Pompes

Conditionnement

solidité, pelabilité, identification, lisibilité, visibilité, facilité du stockage

Ergonomie

*Poids, taille, encombrement, préhension, lisibilité/durabilité
graduation/indication, transparence, confort patient*

Pratique

*remplissage, équilibre, facilité d'utilisation/mode d'emploi, purge, courbe
apprentissage*

Sécurité

*fiabilité débit, impact des conditions ext sur BU, fuite, connexion LL,
sentiments de sécurité,*

Grille Spikes

Conditionnement

solidité, pelabilité, identification, lisibilité, visibilité, facilité du stockage

Ergonomie

taille, ailettes, préhension

Pratique

*facilité pénétration, manipulation/mode d'emploi, échange d'air, préhension
du flacon avec spike, filtre interne, difficulté utilisation srg 30 et 50, force d'inj*

Sécurité

sécurité fixation, fuite, sentiments de sécurité, risque de blessure, filtre int